

**Заместителю
главного инженера по ОТ, ПиПБ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Колпакову Н.В.**

В период проведения работ по подключению КЗОУ на 1 км, КЗОУ на 62 км, плановых огневых работ по КЦ-1, КЦ-2 работниками Вынгапуровского ЛПУМГ был протестирован переносной газоанализатор Лидер 04. За время тестирования нареканий к работе газоанализатора не возникло. В работе удобен благодаря компактным размерам, небольшому весу, долгому времени непрерывной работы без подзарядки. Очень удобен одновременный контроль и отображение на экране четырех параметров: содержание в воздухе рабочей зоны горючих газов в % от НКПР(C_xH_y), угарного газа, сероводорода и кислорода.

Заявленные режимы эксплуатации газоанализатора подходят к нашим условиям - от -40 до +50 градусов Цельсия и влажности до 95%. При сработке предупредительной сигнализации при достижении пороговых значений воспроизводится громкий звуковой сигнал, чувствительная вибрация и световое оповещение.

В общем, в период проведения «полевых» испытаний газоанализатор Лидер 04 хорошо себя зарекомендовал.

Главный инженер Вынгапуровского ЛПУМГ  С.С. Точилин

Начальник службы КИПиА,
телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии  Д.В. Петрянкин

28.08.2017