



ТЦ, ЭЛОУ-АВТ-12

24.07.2017 г.

СПРАВКА

На основании опытной эксплуатации персональных газосигнализаторов «Лидер 01», «Лидер 02», «Лидер 04» могу сообщить следующее:

«Лидер 01» и «Лидер 02» имеют узкую направленность по причине анализа только одного газа, что не приемлемо на территории ЭЛОУ-АВТ-12 из-за особенности эксплуатации установки. А так же «Лидер 02» имеет ненадежный зажим для носки, что может послужить утере прибора. «Лидер 04» показал все необходимые качества, в сравнении с эксплуатируемым персональным газосигнализатором фирмы ЗАО «Honeywell» имеет больший вес и габаритные размеры, большее время включения, слабый вибросигнал, но более эргономичную форму корпуса, большее время работы от аккумулятора и более сильную звуковую сигнализацию.

При сравнении тестовых сработок газосигнализаторов разных производителей установлено, что оба газосигнализатора имеют одинаковую чувствительность, срабатывают примерно на одинаковом расстоянии от источника загазованности и показывают одинаковые данные.

Считаю персональный газосигнализатор «Лидер 04» прошедшим опытную эксплуатацию и может быть использован на установке ЭЛОУ-АВТ-12.

Зам. начальника ЭЛОУ-АВТ-12

Е.И. Шурыгин