

АКТ

о проведении испытаний в производственных условиях
газоанализаторов Лидер,
предоставленных компанией ООО «ГД Лига Спецдежды»

на предприятии ПАО «ЧТИЗ»

в период с 03.04 по 15.05 2017 г.

г. Челябинск

20 17 г.

Изготовитель ООО «Лидер Спецдежда»

Наименование испытываемого
газоанализатора: Лидер (определяемые газы: _____)

Условия труда

Профессия	Технологический процесс, условия труда	Вещества и загрязнители	Длительность испытаний
<u>Газоанализатор</u>	<u>Измерение воздушной сре ды</u>	<u>O₂; S₂H₆; CO₂; CO</u>	<u>1 месяц</u>

Оценка испытываемого газоанализатора

Простой в эксплуатации	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>	Уровень громкости звуковой сигнализации	да <input type="checkbox"/> / нет <input checked="" type="checkbox"/>
Удобный при ношении	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>	Работа визуальной сигнализации	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>
Надежность конструкции	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>	Работа вибросигнализации	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>
Удобство использования, расположения кнопок	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>	Точность измерения концентрации газов	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>
Понятное меню пользователя	да <input type="checkbox"/> / нет <input checked="" type="checkbox"/>		да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>
Простая и понятная инструкция	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>		да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>
Размер экрана, считывание данных с прибора	да <input checked="" type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>		да <input type="checkbox"/> / нет <input type="checkbox"/>

Комментарии: Труд в эксплуатации, удобен

Результаты испытаний

Общий вывод: Годен к использованию

Рекомендуется ли к применению: Рекомендуется при условии сервисного обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, стабильности.

Подписи членов комиссии:

Должность Начальник ОАСР Корытко О.В.
 Должность вед. инженер ОАСР Курнев Р.В.
 Должность ст. лаборант ГС Евменов С.

